


ДЕФЕКТОСКОПИЯ

№ №	Вид	Наименование, назначение	Кафедра
1	2	3	4
1		<p>Дефектоскоп ультразвуковой УЗД МВТУ Предназначен для контроля сварных соединений в железобетонных конструкциях. Контроль может осуществляться эхо-импульсным, тeneвым и зеркально-тeneвым способом при контактном или иммерсионном вариантах контроля. Диапазоны измерения: – рабочие частоты - 0,5...12,5 МГц; – общая градуировка ослабления амплитуд сигналов - не менее 100 дБ; – динамический диапазон временной регулировки чувствительности - 20 дБ; – максимальный предел толщин контролируемых изделий по стали - 500 мм.</p>	МКиИС